

Контрольный перечень операций по техническому обслуживанию оборудования компании A-dec®

После лечения каждого пациента

- ☐ Очистка, смазывание и стерилизация наконечников.
- ☐ Очистка наконечников шприца с помощью ультразвука и стерилизация.
- ☐ Протирание и промывание трубок наконечников.
- ☐ Для стоматологических хирургических процедур – промывка линии аспирации.
- ☐ Очистка/дезинфекция поверхностей касания и переноса.
- ☐ Замена всех барьеров.

Ежедневно/по мере необходимости

- ☐ Добавление таблетки A-dec ICX® в каждую сменную бутылку с водой † (см. номера деталей в таблице 3).
- ☐ Промывание плевательницы в течение одной минуты.
- ☐ Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши.
- ☐ Промывание аспирационных линий с использованием A-dec Evacuation Cleaner † (см. номера деталей в таблице 3).

Еженедельно/по мере необходимости

Дата

- ☐ Очистка обивки кресла и стула мягким моющим средством для мытья посуды и водой.
- ☐ Очистка отсоса высокой производительности (HVE) и клапанов слюноотсоса.
- ☐ Дважды в неделю — проверка и обслуживание коллектора твердых отходов.
- ☐ Техническое обслуживание коллектора масла.
- ☐ Смазывание патронов наконечников.
- ☐ Проверка плавного вращения бора наконечника.
- ☐ Промывание экрана стоматологического светильника водой с мягким средством для мытья посуды.
- ☐ Замена барьера для стоматологического светильника Medicom® SafeShield™, если применимо.

Ежемесячно

Дата

- ☐ По мере необходимости проверка уровня воды CFU стоматологического блока и ударная обработка водопровода с помощью A-dec ICX Renew® или Restore® (см. номера деталей в таблице 3).
- ☐ Осмотр всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнителей; замена в случае износа/повреждения.
- ☐ Смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых уплотнителей слюноотсоса.

Ежегодно

Дата

- ☐ Обращение к местному авторизованному представителю A-dec для установки комплекта для ежегодного профилактического технического обслуживания (см. номера деталей в таблице 1).
- ☐ Замена всех наконечников и кольцевых уплотнителей мотора (см. номера деталей в таблице 2).

*Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании, см. предоставленные вместе с оборудованием инструкции по эксплуатации или посетите центр ресурсов на сайте A-dec www.a-dec.com/resource-center.

†Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании водопроводов, см. предоставленное вместе с оборудованием руководство по техническому обслуживанию водопровода (№ по каталогу: 85.0983.10) или посетите центр ресурсов на сайте A-dec www.a-dec.com/resource-center.



Стоматологическое оборудование A-dec сконструировано с расчетом на длительный срок службы. Регулярные плановые проверки и замена деталей обеспечивают надежное функционирование.

Таблица 1. Детали и наборы для обслуживания A-dec

Деталь	№ по каталогу
Силиконовая смазка (тюбик, 5,3 унции)	98.1120.00
Ловушка фильтра (A-dec 300/500), уп. 10 шт.	11.1284.01
Наконечники шприца, уп. 5 шт.	23.0872.01
Набор для ежегодного профилактического обслуживания A-dec 500/300	90.1835.00
Набор для ежегодного профилактического обслуживания Performer®/Cascade®/200	90.1836.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500B	90.1870.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A Surf (V2)	90.1874.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A Surf (V1)	90.1873.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A White/A-dec 300 (V2)	90.1872.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 500A White/A-dec 300 (v1)	90.1871.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания Cascade/Decade®/Performer	90.1875.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 200/Performer B (V1)	90.1876.00
Набор для 5-летнего профилактического обслуживания A-dec 200/Performer B (V2)	90.1877.00

Таблица 2. Кольцевые уплотнители электромотора A-dec 501

Деталь	№ по каталогу
Кольцевой уплотнитель, моторный блок, синий	54.0803.00
Кольцевой уплотнитель, моторный блок, черный	54.0804.00
Кольцевой уплотнитель, подключение шланга мотора	54.0805.00



Таблица 3. Изделия A-dec 360, рекомендованные для обслуживания водопровода стоматологических блоков (DUWL) и систем аспирации

Применение	Деталь	№ по каталогу
Система аспирации	Промывная жидкость системы аспирации (бутыль, 33 унции)	91.0060.01
Система аспирации	Промывная жидкость системы аспирации (бутыль, 128 унций)	91.0061.01
Ежедневное обслуживание DUWL	Таблетки для ICX-водопровода, 0,7 л (50 шт.)	91.1064.01
Ежедневное обслуживание DUWL	Таблетки для ICX-водопровода, 2 л (50 шт.)	90.1065.01
Ударная обработка DUWL	ICX Renew, коробка на 9 использований	90.1691.01
Ударная обработка DUWL	ICX Restore, коробка на 9 использований (только для Канады)	90.1821.01

О дополнительных принадлежностях и запасных деталях можно узнать у авторизованного дилера A-dec.



 **Центральные офисы компании A-dec**
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132, США
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
www.a-dec.com



86.0600.10 Rev H
Дата выпуска: 2022-11-07
Copyright 2022 A-dec, Inc.
Все права защищены.